

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Moreilândia
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Pregão Eletrônico - 002/20245-SRP-FMSM/2025

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - LOTE ÚNICO - Quantidade: 2 - Valor Referência: 401.525,65

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
------	---------	------------	----------	--------	----------------------	-----	-------------	-------------	----------



0001	“Equipamento de RX digital com 01 detector (64kW/150kV). •Gerador de raios X. Equipamento radiodiagnóstico fixo, microprocessado de 10 a 800 mA ou maior com indicação de erros e nível de kV, mA e mAs, Programa anatômico de órgãos com no mínimo 200 técnicas pré-programadas. O equipamento deve possuir controle automático de exposição (AEC) e indicação de dose no paciente (DAP) conforme norma IEC. Comando e gerador de alta tensão. Gerador de raios X microprocessado de alta frequência. Potência de 64 kW ou maior. Seleção de 40 a 150kV. Faixa de mAs de 0.1 a 800 ou maior. Tempo de exposição de 5 ms ou menor até 5 segundos conforme RDC 611. Gerador obrigatoriamente instalado debaixo da mesa. Possuir display LCD multicolorido para seleção e indicação dos parâmetros radiológicos. Proteção térmica do tubo de raios X. Cabos. Par de cabos de alta tensão. Deve ser fornecido quadro de força específico para o equipamento licitado. As características de funcionamento do gerador de RX, devem estar disponíveis no comando de operação permitindo a seleção dos parâmetros de exposição da maneira mencionada acima. •Bucky mural. Deslocamento vertical de 100 cm ou maior. Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40 lp/cm. Bucky com grade fixa. Freios eletromagnéticos ou mecânicos com cruz de localização/centralização impressa no tempo do bucky. Foco variável de 100 a 180 cm. •Mesa com tempo flutuante. Movimento transversal e longitudinal. Bucky com grade fixa. Capacidade de carga de no mínimo 200 kg. Com grade antidifusora fixa de pelo menos 40lp/cm. Freios eletromagnéticos ou mecânicos com cruz de localização/centralização impressa no tempo do bucky. Foco variável de 100 a 180 cm.	N/C	N/C	HF800M DR DIGITAL	PRÓPRIA	1	223.100,00	223.100,00	N/C
------	--	-----	-----	-------------------	---------	---	------------	------------	-----



0002	impressora com sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco para uso em radiologia geral. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade entre 100 a 125 filmes; 02 (duas) gabelas com capacidade de impressão de, no mínimo, dois tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43 cm, capacidade de memória mínima de 1GB. Resolução de impressão de no mínimo 500dpi. Resolução output de contraste de no mínimo 14 bits. Controle automático da densidade do filme. Conexão com equipamentos de CR ou outras modalidades através do protocolo DICOM 3.0 com ou sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0. Alimentação elétrica 110V/60 Hz ou 220V/60Hz. Deverá acompanhar notebook compatível com o sistema. Marca: PRÓPRIA.	N/C	N/C	DryPIX	Fujifilm	1	20.000,00	20.000,00	N/C
N/C	Vencedor	Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	N/C	N/C	N/C	N/C	243.100,00	Adjudicado em 28/02/2025 - 10:27:51 - Por: Francisca Cyntia Lopes da Cunha

Francisca Cyntia Lopes da Cunha
Autoridade Competente

